

# 关于嘉兴市第一医院德尔格麻醉机呼吸机

## 维保项目单一来源专家论证

一、采购人名称：嘉兴市第一医院

二、采购项目名称：麻醉机呼吸机维保

三、采购组织类型：分散采购

四、预算金额：28万元整                      数量：1年

五、招标项目概况（内容、用途、简要技术要求等）：

采购内容	数量	单位	预算金额 (万元)	简要技术要求、 用途	备注
麻醉机呼吸机维保	1	年	28	德尔格麻醉机 呼吸机保修	

六、拟采用的采购方式：单一来源采购方式

七、申请理由：

- 1.原厂可以提供针对对应机器的软件升级和更新
- 2.原厂可以提供全新维修配件
- 3.原厂可以提供专业技术检测报告
- 4.维修诊断故障，下载错误代码需原厂配套软件
- 5.原厂可以提供原厂技术指导和原厂培训并持有认证资格证书的工程师进行维修及保养服务

**八、拟定供应商：**

名称：德尔格医疗设备（上海）有限公司

单位地址：上海市浦东新区琥珀路 229 号

电话号码：021-31086334

联系人：胡杨滨

联系电话：15968765212

九、专家论证意见

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 丁志良
	职称: 高级工程师
	工作单位: 嘉兴市第二医院
专业人员信息	姓名: 戴学斌
	职称: 工程师
	工作单位: 嘉兴市妇保院
专业人员信息	姓名: 黄翔宇
	职称: 中级
	工作单位: 嘉兴市中医医院
项目信息	项目名称: 麻醉机呼吸机维保
	供应商名称: 德尔格医疗设备(上海)有限公司
专业人员论证意见	<p>原厂维保可以提供全新维修配件, 可以提供专业技术支持检测报告及机器软件升级更新, 第三方维修存在维修配件质量难以得到保证, 也无法进行软件升级, 故建议原厂维保德尔格呼吸机。</p>
专业人员签字	<p>丁志良 戴学斌 黄翔宇</p> <p>日期: 2024年6月18日</p>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。