




## 单一来源采购方式专业人员论证意见

项目信息	项目名称：内镜中心专用消毒剂舒安美牌过氧乙酸采购项目	
	供应商名称：杭州广仁医疗器械有限公司	
专业人员信息	姓名：陆锦淇	
	职称：主任护师	
	工作单位：嘉兴市第一医院	
专业人员论证意见	<p style="font-size: 1.2em;">该产品有效杀细菌、真菌、病毒和芽孢，针对软式内镜化学消毒剂，可用于全自动软式内镜清洗消毒机，目前省级医院有用，该产品与我院内镜清洗机匹配，可减少器械损坏。建议停用。</p>	
专业人员签字		日期 2024年11月26日


注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

## 单一来源采购方式专业人员论证意见

项目信息	项目名称：内镜中心专用消毒剂舒安美牌过氧乙酸采购项目	
	供应商名称：杭州广仁医疗器械有限公司	
专业人员信息	姓名： 	
	职称： 高级工程师	
	工作单位： 嘉善市第一医院	
专业人员论证意见	<p>建议使用舒安美牌过氧乙酸 减少对内镜清洗机的腐 蚀性。</p>	
专业人员签字		日期 2011 年 11 月 15 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

## 单一来源采购方式专业人员论证意见

项目信息	项目名称：内镜中心专用消毒剂舒安美牌过氧乙酸采购项目	
	供应商名称：杭州广仁医疗器械有限公司	
专业人员信息	姓名：	钟安美
	职称：	主管护师
	工作单位：	嘉兴市第一医院
专业人员论证意见	<p>因诊疗需要，购置过氧乙酸的消毒剂进行内镜消毒，现内镜中心的消毒机为贝力曼品牌，厂家建议使用舒安美牌过氧乙酸，对内镜洗消机的零部件不产生腐蚀性。并对洗消机的维护负责。</p>	
专业人员签字		日期 2021年11月25日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。