


单一来源采购方式专业人员论证意见

| | |
|----------|--|
| 专业人员信息 | 姓名: 黄淑敏 |
| | 职称: 高工 |
| | 工作单位: 浙江省肿瘤医院 |
| 专业人员信息 | 姓名: 郭冲 |
| | 职称: 主工 |
| | 工作单位: 浙江省同德医院 |
| 专业人员信息 | 姓名: 徐冲 |
| | 职称: 技师 |
| | 工作单位: 绍兴市三医院 |
| 项目信息 | 项目名称: 嘉兴市第一医院过氧化氢低温等离子灭菌器保修 |
| | 供应商名称: 上海勤安生物科技有限公司 |
| 专业人员论证意见 | 过氧化氢低温等离子灭菌器是医院手术室进行手术器械灭菌的精密设备, 技术含量高。年度维护保养需要更换许多原厂专用的易耗配件, 目前, 浙江省内, 只有原厂授权的维保服务商才能保质完成。为保证维保质量, 降低院内感染风险。建议采用单一来源采购该设备维保供应商。 |
| 专业人员签字 |  日期 2022年8月1日 |

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。