

# 浙江求是招标代理有限公司关于嘉兴市第一医院二期工程实验室动物自动饮水系统采购项目的更正公告

## 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：QSZB-Z(H)-F25006(GK)L

原公告的采购项目名称：嘉兴市第一医院二期工程实验室动物自动饮水系统采购项目

首次公告日期：2025年03月10日

## 二、更正信息

更正事项：采购公告、采购文件

更正内容：

序号	更正项	更正前内容	更正后内容
1	获取招标文件时间	2025年03月10日至2025年04月01日	2025年03月10日至2025年04月10日
2	投标文件截止时间、开标时间	提交投标文件截止时间：2025年04月08日14:00:00（北京时间） 开标时间：2025年04月08日14:00:00（北京时间）	提交投标文件截止时间：2025年04月10日14:00:00（北京时间） 开标时间：2025年04月10日14:00:00（北京时间）
3	采购需求	2.2 主机需为一体机，整套系统高度模块化、集成化，并对水质监控：产水主机配有2个电阻率检测仪，可在产水主机自带的液晶显示屏上显示①进水电导率；②反渗透产水电导率；另外，系统还可显示水箱液位、进水流量等参数。	2.2 主机需为一体机，整套系统高度模块化、集成化，并对水质监控：产水主机配有2个电导率检测仪，可在产水主机自带的液晶显示屏上显示①进水电导率；②反渗透产水电导率；另外，系统还可显示水箱液位、进水流量等参数。
4	采购需求	3.8 设备产水电阻率：<15us/cm@25℃。	3.8 设备产水电导率：<15 μs/cm@25℃。

更正日期：2025年3月25日

## 三、其他补充事宜：无

## 四、凡对本次采购提出询问、质疑，请按以下方式联系

### 1. 采购人信息

名称：嘉兴市第一医院

地址：浙江省嘉兴市南湖区中环南路1882号

传真：/

项目联系人（询问）：全主任

项目联系方式（询问）：0573-89990791

质疑联系人：吴主任

质疑联系方式：0573-82519888

### 2. 采购代理机构信息

名称：浙江求是招标代理有限公司

地址：嘉兴市南湖区庆丰路与九曲路交叉口徽商大厦26楼

传真：/

项目联系人（询问）：马翠翠、朱鑫燕

项目联系方式（询问）：0573-88882506

质疑联系人：周安琪

质疑联系方式：0571-81110356

质疑邮箱：jdkh@qszb.net

3. 同级政府采购监督管理部门

名称：嘉兴市财政局

地址：嘉兴市南湖区环城西路 55 号

传真：/

联系人：姚工

监督投诉电话：0573-82031217